

(11) 臨床工学部業務状況

血液浄化部門		
施行件数	CHDF	39回
	PE	6回
	PMX	7回
	CAP	0回
	CART	12回
	PBSCH	20回
	合計	84回

心カテーテル検査部門		
件数	CAG	19回
	PTCA	0回
	その他の造影	3回
	FFR	5回
	IVC filter等	3回
	一時ペーシング	9回
	ペースメーカー植込み	10回
合計	49回	

その他		
件数	ペースメーカーチェック	68回
	RFA	45回
	合計	113回

中央管理部門		
点検・修理件数	シリンジポンプ	88件
	輸液ポンプ	131件
	人工呼吸器	88件
	ベットサイドモニタ	95件
	12誘導心電計	8件
	除細動器	80件
	AED	39件
	IABP	2件
	合計	531件

手術部門		
日常定期点検件数	除細動器	187件
	麻酔器	8件
	電気メス	137件
	シリンジポンプ	1,289件
	TCIポンプ	602件
	CUSA	7件
	オーソパッド	22件
	腹腔鏡システム	807件
	モニター	7件
	タニケットシステム	58件
修理・故障対応件数	203件	
合計	3,327件	