

(12) 臨床工学部業務状況

①中央管理部門

点検・修理件数	シリンジポンプ	103 件
	輸液ポンプ	160 件
	人工呼吸器	146 件
	ベットサイドモニタ	136 件
	12誘導心電計	2 件
	除細動器	113 件
	自働体外式除細動器 (AED)	59 件
	大動脈バルーンパンピング法装置	2 件
	合 計	721 件

③血液浄化部門

施行件数	持続血液透析濾過法	10 回
	血液透析	0 回
	血漿交換	0 回
	エントトキシン選択除去用吸着式血液浄化法	3 回
	血球成分除去療法	0 回
	腹水濾過濃縮再静注法	16 回
	末梢血幹細胞採取	9 回
	合 計	38 回

②手術部門

日常・定期点検件数	除細動器	218 件
	麻酔器	6 件
	電気メス	151 件
	シリンジポンプ	1,325 件
	TCIポンプ	715 件
	超音波手術装置	7 件
	オーソパッド	22 件
	腹腔鏡システム	737 件
	モニター	30 件
	タニケットシステム	27 件
	立ち会い	141 件
	修理・故障対応	178 件
	合 計	3,557 件

④心カテーテル検査部門

件数	冠動脈造影法	0 回
	経皮的冠動脈形成術	0 回
	その他の造影および手技	0 回
	冠血流予備量比	0 回
	下動脈フィルター留置等	1 回
	一時ペーシング	2 回
	ペースメーカー植込み	8 回
	合 計	11 回

⑤その他

件数	ペースメーカーチェック	68 回
	経皮的ラジオ波焼灼術	37 回
	合 計	105 回

⑥実習生受け入れ

受け入れ人数	2 名
--------	-----

TCIポンプ：薬物（ディプリバン）の血中濃度を予測できるシリンジポンプ