

(12) 臨床工学部業務状況

①中央管理部門

点検・修理 件数	シリンジポンプ	84 件
	輸液ポンプ	145 件
	人工呼吸器	145 件
	ベットサイドモニタ	48 件
	除細動器	115 件
	自働体外式除細動器 (AED)	39 件
	補助循環装置 (IABP、PCPS)	24 件
	超音波診断装置	3 件
	持込み医療機器	43 件
	合計	646 件

②手術部門

点検・修理 件数	除細動器	221 件
	麻酔器	15 件
	電気メス	210 件
	シリンジポンプ	1,288 件
	TCIポンプ	692 件
	超音波手術装置	59 件
	腹腔鏡システム	884 件
	モニター	1,120 件
	タニケットシステム	24 件
	立ち会い	319 件
	眼科清潔補助	152 件
	修理・故障対応	189 件
	合計	5,173 件

TCIポンプ：薬物（ディプリバン）の血中濃度を予測できるシリンジポンプ

③血液浄化部門

件数	持続血液透析濾過法	21 回
	血液透析	3 回
	血漿交換	0 回
	エントトキソ選択除去用吸着式血液浄化法	2 回
	血球成分除去療法	0 回
	腹水濾過濃縮再静注法	6 回
	末梢血幹細胞採取	4 回
	合計	36 回

④心カテーテル検査部門

件数	冠動脈造影法	56 回
	経皮的冠動脈形成術	31 回
	その他の造影および手技	12 回
	冠血流予備量比	7 回
	下動脈フィルター留置等	0 回
	一時ペーシング	11 回
	ペースメーカー植込み	13 回
合計	130 回	

⑤その他

件数	ペースメーカーチェック	100 回
	経皮的ラジオ波マイクロ波焼灼術	12 回
	合計	112 回

⑥実習生受け入れ

受け入れ人数	0 名
--------	-----