

(12) 臨床工学部業務状況

①中央管理部門

点検・修理 件数	シリンジポンプ	53 件
	輸液ポンプ	111 件
	人工呼吸器	110 件
	ベットサイドモニタ	99 件
	除細動器	143 件
	自働体外式除細動器 (AED)	52 件
	補助循環装置 (IABP、PCPS)	24 件
	超音波診断装置	3 件
	持込み医療機器	38 件
	合計	633 件

②手術部門

点検・修理 件数	除細動器	224 件
	麻酔器	14 件
	電気メス	220 件
	シリンジポンプ	1,182 件
	TCIポンプ	574 件
	超音波手術装置	58 件
	腹腔鏡システム	752 件
	モニター	1,089 件
	タニケットシステム	19 件
	立ち会い	374 件
	眼科清潔補助	0 件
	修理・故障対応	173 件
	合計	4,679 件

TCIポンプ：薬物（ディプリバン）の血中濃度を予測できるシリンジポンプ

③血液浄化部門

件数	持続血液透析濾過法	1 回
	血液透析	0 回
	血漿交換	4 回
	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法	0 回
	血球成分除去療法	0 回
	腹水濾過濃縮再静注法	9 回
	末梢血幹細胞採取	0 回
	合計	14 回

④心カテーテル検査部門

件数	冠動脈造影法	44 回
	経皮的冠動脈形成術	22 回
	その他の造影および手技	12 回
	冠血流予備量比	7 回
	下動脈フィルター留置等	0 回
	一時ペーシング	1 回
	ペースメーカー植込み	1 回
合計	87 回	

⑤その他

件数	ペースメーカーチェック	71 回
	経皮的ラジオ波マイクロ波焼灼術	3 回
	合計	74 回

⑥実習生受け入れ

受け入れ人数	0 名
--------	-----